HyuuRa（ヒューラ） / by Radomis

かんたん
スタートガイド

はじめてでも、すぐに使える操作ガイド



開いて、次の順番で操作してください

01 電源・給水　02 モード選択　03 吸入開始

ご使用前に安全上の注意を確認してください。

水素・酸素の使用時は火気を避け、必ず換気してください。

01 電源接続 → 給水 → 起動

番号順に進めてください

01 背面の電源部を確認



主電源スイッチと接続口の位置を確認。

02 電源コードを接続



本体の接続口にしっかり差し込む。

03 コンセントに差し込む



電源プラグを奥まで差し込む。

04 主電源をON



スイッチを「ー」（ON）側に倒す。

05 給水ランプを確認




「精製水を入れる」が点滅。

06 専用精製水を給水



初回は約1,000mL（500mL×2本）。

07 ON/OFFを押す



操作パネルのボタンを1回押す。

08 準備モードを待つ



約1分、ランプが消えると使用できます。

ご注意｜給水は必ずHyuuRa専用精製水を使用してください。

※水道水・ミネラルウォーターは使用しないでください。
※日本薬局方（JP）およびJIS A2クラスの規格を満たす、製造元指定の精製水をご使用ください。

02 吸入モードの選択と接続

「ON/OFF」を押すと、ラドンモードから始まります。

① ラドン｜点滅



起動時に自動選択

② 水素＋酸素｜点灯



吸引選択を1回押す

③ 水素｜消灯



さらに1回押す

03 接続口に吸入チューブを差し込む



※ O2排出口は水素モードで発生した酸素の排出口です。その排出口を利用して酸素「500ml／分」を吸入する事は可能です。

04 吸入ツールを装着して開始



鼻腔カニューラ

突起を鼻に合わせ、耳にかける



ヘッドセット

耳にかけ、吹出口を鼻元へ

使用後は主電源を切らず、電源コードも抜かないでください。

裏面｜使用前後の注意

吸入ツールの装着

モードに合った接続口へチューブをつなぎ、付属の吸入ツールを装着してください。



鼻腔カニューラ

鼻先の2つの突起を鼻孔にやさしく合わせます。

チューブを耳にかけ、無理なく装着します。



ヘッドセット

耳にかけ、エアー吹出口を鼻元に近づけます。

広角・ピンポイントの2種類から選べます。

とても重要｜使用後のお願い

本体背面の主電源は切らず、電源コードも抜かないでください。

※運転終了後も数時間ごとに、自動で内部を循環させるメンテナンス機能が備わっています。
この機能は、本体内部のカビや汚れの発生を抑えるとともに、水素・酸素を生成するセルエンジン内部のプラグの乾燥を防ぎ、装置を良好な状態に保つことを目的としています。
操作パネルの「ON/OFF」ボタンは通常どおり使用できます。

使用前の安全チェック

火気・喫煙・点火源を近づけない ／ 本体は水平に設置 ／ 左右の冷却ファンをふさがない ／ 水道水は使用しない

お問い合わせ　HyuuRa（ヒューラ）サポート 0800-888-6101

詳しくは「取扱説明書（フルバージョン）」を必ずご確認ください。